

Nasz znak: HK.9011.2.1.2021

PWiK Ostróda Sp. z o.o.
Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34
14-100 Ostróda

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz.195 ze zm.), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) oraz § 9 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeprowadzeniu kontroli Laboratorium Analizy Wody PWiK Ostróda Sp. z o.o. ul. 21 Stycznia 34 w Ostródzie na podstawie przesłanej dokumentacji, sprawozdanie LBESiŻ 9011.7.1.2021.2 z dnia 12.04.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

ZATWIERDZA

system jakości badań wody wykonywanych w Laboratorium Analizy Wody PWiK Ostróda Sp. z o.o. ul. 21 Stycznia 34 w Ostródzie w następującym zakresie:

1. Analizy mikrobiologicznej:

- ogólna liczba mikroorganizmów ($22 \pm 2^0\text{C}$)
- ogólna liczba mikroorganizmów ($36 \pm 2^0\text{C}$)
- liczba bakterie grupy coli
- najbardziej prawdopodobna liczba bakterie grupy coli
- najbardziej prawdopodobna liczba *Escherichia coli*
- liczba *Escherichia coli*
- liczba enterokoków
- liczba *Pseudomonas aeruginosa*
- liczba *Clostridium perfringens*
- liczba *Legionella spp.*

3. Analizy fizyko-chemicznej:

- smak, zapach, mętność, pH, przewodność elektrolityczna właściwa, barwa, twardość, stężenie jonu amonowego, azotanów, azotynów, chlorków, manganu, żelaza, siarczanów, chlor wolny, indeks nadmanganianowy, fluorki.

UZASADNIENIE

Obowiązek zatwierdzenia systemu jakości badań wody wynika z art. 12, ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w myśl którego badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyznaczył Laboratorium PSSE w Ełku do przeprowadzenia kontroli w Laboratorium Analizy Wody i Ścieków PWiK Ostróda Sp. z o.o. ul. 21 Stycznia 34 w Ostródzie oraz Tyrowie 104 przed zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych badań.

Zespół pracowników Laboratorium PSSE w Ełku przeprowadził kontrolę Laboratorium na podstawie przesłanej dokumentacji. W wyniku przeprowadzonej kontroli sporządzono sprawozdanie znak: LBEŚiŻ 9011.7.1.2021.2 z dnia 12.04.2021 r.

Na podstawie kontroli stwierdzono, iż laboratorium PWiK Ostróda Sp. z o.o.:

- prowadzi udokumentowany certyfikatem PCA o numerze AB 1099, wydanie 15 z dnia 23.03.2021 r., system jakości badań wody, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”,
- prowadzi zewnętrzną kontrolę jakości wyników badań realizowaną poprzez udział w badaniach biegłości,
- prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wyników badań,
- zatrudnia kompetentny personel do pobierania próbek wody do badań.

Pozwala to na dalsze zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody w laboratorium PWiK Ostróda Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Niniejsza decyzja obowiązuje do dnia 13.04. 2022 r.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie orzekł jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostródzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Do wiadomości:

1. Warmińsko-Mazurski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
2. a/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTRODZIE
mgr Zdzisław Sokółowski
SPECJALISTA HIGIENY